







ABX Micros CRP	Changement des Produits
	<p style="text-align: center;"><u>Changement Alphalyse & Miniclean</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvrez le compartiment frontal de l'appareil
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifiez les niveaux des produits ▪ Remarques : <ul style="list-style-type: none"> ○ Alphalyse placé avec étiquette en arrière afin de mieux observer le niveau ○ Ligne bleu (top) - niveau de remplacement ○ Ligne rouge (bas) - niveau tuyaux <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne pas dépasser afin d'éviter l'entrée de dépôt
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez 1x le bouton Prime ▪ Déchets : <ul style="list-style-type: none"> ○ Alphalyse : vider dans les toilettes ○ Miniclean : vider dans les toilettes
	<p style="text-align: center;"><u>Changement Minidil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ À remplacer si le niveau marqué dans l'image par une ligne magenta est dépassé
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez 2x le bouton Prime ▪ A chaque remplacement vérifiez le niveau de déchets ▪ Déchets : vider dans les toilettes
<p> Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF</p>	